URGENT : AVIS RELATIF A LA SECURITE

DESTINATAIRE	**Département de Stérilisation Centrale**
TYPE D'ACTION	Avis Relatif à la Sécurité
REF / DATE	ASP13/2013 (CL-90098-022)/November 20, 2013
PRODUIT	Booster STERRAD REF 15400-020 Adaptateur STERRAD REF 15401, 15402, 15403
RAISON	Le but de cette communication est de vous informer qu'ASP a identifié des incohérences entre les spécifications des lumières listées dans le mode d'emploi du Booster STERRAD® et de l'Adaptateur STERRAD® (LA-104421-02 rev. A), et les spécifications des lumières listées pour les systèmes STERRAD® 50, 100S et 200. Cela pourrait entraîner une confusion pour les utilisateurs lors de l'utilisation du Booster STERRAD® et de l'Adaptateur STERRAD®. A défaut d'utiliser le Booster STERRAD® et l'Adaptateur STERRAD® quand il est nécessaire, il pourrait en résulter que les lumières ne soient pas stériles. L'utilisation du Booster STERRAD® et de l'Adaptateur STERRAD® quand ce n'est pas nécessaire peut entrainer un dépôt résiduel de peroxyde d'hydrogène sur les lumières.
ACTION	S'il vous plait, prenez les actions suivantes : Utilisez les Guides d'Utilisateur suivant pour les systèmes de stérilisation afin de déterminer les lumières appropriées et références pour l'utilisation du Booster STERRAD® • Guide d'Utilisateur STERRAD® 50 • Guide d'Utilisateur STERRAD® 100S • Guide d'Utilisateur STERRAD® 200 En complément des Guides d'Utilisateur listés ci-dessus, prenez également en compte l'information de référence pour l'Adaptateur IV (REF. 15407) listés ci-dessous : L'Adaptateur IV est destiné à une utilisation avec des lumières en polyéthylène / Teflon avec les caractéristiques suivantes : • Des lumières dont le diamètre intérieur est égal ou supérieur à 2 mm et de longueur égale ou inférieure à 959 mm, • Des lumières dont le diamètre intérieur est égal ou supérieur à 1,2 mm de longueur égale ou inférieure à 850 mm
TRANSMISSION	ASP est en cours de révision des Modes d'emploi pour les Boosters et les Adaptateurs afin d'y inclure les informations appropriées. Dans le même temps, gardez dans un endroit visible une copie de cette présente lettre, ainsi que le(s) Guide(s) d'Utilisateur concerné(s) pour STERRAD® à l'endroit où vous conservez les Boosters STERRAD® jusqu'à ce que vous receviez un nouveau mode d'emploi mis à jour pour le Booster STERRAD® et l'Adaptateur STERRAD® de la part d'ASP. Pour plus d'informations concernant le Booster STERRAD® et les Adaptateurs STERRAD®, veuillez contacter votre représentant.

URGENT : AVIS RELATIF A LA SECURITE

CONTACT	Si vous avez des questions supplémentaires concernant cette action, veuillez contacter votre représentant ASP ou appeler le **Johnson&Johnson AG / ASP** **Telephone 0800 830 085** Veuillez nous excuser pour toute gêne qui pourrait vous être causée, mais soyez assuré que notre plus grande intention est de rendre ce processus aussi simple que possible.
CONFIRMATION	Cette action a été notifiée aux organismes de réglementation appropriés.